

Arbeitsbericht



Kunde

Privatklinik Schloßstrasse
Schloßstraße 40, 12165 Berlin
Telefon: (030) 74 77 08 40
Telefax: (030) 74 77 08 49

Datum: 15/05/22

Lutz Sager
Im Weingärtle 4
75217 Birkenfeld
01525-4002376
www.medides.de
info@medides.de

Maschine: Miele P3P532, Melag 44B

Zyklus:

Wartung nach Wartungsplan mit Sicherheits-

Ausgeführte Arbeiten

Techn. Kontrollen und Re-Validierungen mit Proteinauswertung (RDG) oder Micro-Biologischen Auswertungen (Steis) erfolgreich durchgeführt. Re-Validierung Hawo Siegelgerät und Wartung Osmoseanlage durchgeführt. Miele Maschine vom braunen Schaum gereinigt.

Materialverbrauch

Menge	Bezeichnung	RDG/Osmos	Menge	Bezeichnung	Steis / Hawo
1	WPS	✓	2	WPS	✓
1	STK	✓	2	STK	✓
1	Re-Vali	✓	2	Wartungsset	✓
1	Protein A	✓	2	Türdichtungen	✓
1	Wartungskit	✓	2	Re-Vali	✓
1	Aufwachen Silber	✓	2	MBA	✓
1	Maschinenreiniger	✓	1	Vakuumpumpe	✓
1	WPS Osmose	✓	4	Sicherheitsaufkleber	✓
1	Sedimentfilter	✓	1	Re-Vali Hawo	✓
1	Kohleaktfilter	✓	1	Kleinteile	✓
1	Zusatzprogramm	✓			

Zeit-/Lohnaufwand

Monteur/Name	Datum	Anfahrt	Arbeitsbeginn	Arbeitsende	Fahrzeit gesamt	km gesamt
Sager	15/05/22	8 ⁰⁰	14 ⁰⁰	14 ⁰⁰	12L	1300

Hiermit wird bestätigt, dass die oben aufgeführten Arbeiten ordnungsgemäß durchgeführt wurden.

Bolun 15/05/22
Ort/Datum

Unterschrift

LA Wyifoe

☒ Arbeit beendet

☐ weiter Termin notwendig, am

Es gelten unsere AGB! »